



T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 23618724

: Teklif Vermeye Davet

12.01.2018

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda olan cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı (1) kalem STORZ MARKA XENON NOVA YEDEK PARÇA ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.01.2018 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Özgür GÜLCAN
İdari/Mali İşler Müdür Yrd.

| S.No | Mahm/İşin Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Sut Kodu | U.BB | Fiyat | Tutar |
|------------------------|---|----------|---------|--------|----------|------|-------|-------|
| 1 | SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AMPULÜ XENON 175 WATT | | 2 | Adet | | | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | | | |

Teklif Türü: Kalem

Not: SGK'ya bağlı alımlarda ve tıbbi sarf malzemelerinde UBB ve SUT kodu olması zorunludur. Firmaların bayi firma tanımlayıcı numaraları ve ana firma tanımlayıcı numaraları yazılması zorunludur.

Teklif Eden
.../.../2018

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı - Kaşe/İmza

-TEKLİFLE BERABER UBB KODU VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
-İSTENEN YEDEK PARÇALAR KAPSAM DIŞI İSE TEKLİF İLE BİRLİKTE BELİRTİNİZ.

TRABZON KANUNİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

İŞİK KAYNAĞI CİHAZLARI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAMI:

Bu teknik şartname Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde kullanılan Storz marka İŞİK KAYNAĞI için satın alınacak malzemelerin teknik özelliklerini, denetim ve muayene kuralları hakkındaki hususları içerir.

GENEL İSTEKLER ve ÖZELLİKLER

1. Alımı yapılacak AMPÜL Storz marka XENON NOVA 175 model İŞİK KAYNAĞINA uyumlu olacaktır.
2. Alımı yapılacak AMPÜL 175 WATT XENON olmalıdır.
3. Ampül imalat ve üretim hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
4. Malzemelerin muayenesi ve kabulü; malzemeler cihaza takılıp test edildikten sonra yapılacaktır.
5. Eğer malzemelerden çalışmayan, görevini yapmayan ve belirtilen ilgili cihazlara uymayan olursa yüklenici firma bu malzemeleri yenisi, çalışanı ve uyumlu olanıyla ek bir ücret talep etmeksizin değiştirecektir.
6. Satın alma kararı verilmeyen önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Cemil KINAY

Teknisyèn

Ömer KARAER

Biyomedikal Tek.

Ömür TURTAZ

End. Elek. Tek.